

Bewährte Starteinstellungen (mg/dl und mmol/l)

Alarm		CGM-Profi, gut eingestellt	CGM-Neuling, viele Schwankungen	Schwangere, Folgeerkrankungen etc.	Hypoglykämiewahrnehmungsstörung	Beim Sport
Niedrig-Alarm	mg/dl mmol/l	80 4,4	80 4,4	70 3,9	100 5,6	120 6,7
Wiederholungsintervall	(Min.)	15–20	15–20	15–20	15–20	15–20
Vor-Alarm tief in Minuten/Empfindlichkeit		30 Minuten/ hoch	30 Minuten/ hoch *	30 Minuten/ hoch	30 Minuten/ hoch	30 Minuten/ hoch
Änderungsraten-Alarm	mg/dl/min mmol/l/min	2 0,11	2 * 0,11 *	2 0,11	2 0,11	2 0,11
Hoch-Alarm	mg/dl mmol/l	160–180 8,9–10	180–220 * 10–12,2 *	140 7,8	220 12,2	250 * 14,0 *
Wiederholungsintervall	(Min.)	120	120–180	90–120	180	120 *
Vor-Alarm hoch in Minuten/Empfindlichkeit		10 Minuten/ gering	10 Minuten/ gering *	20 Minuten/ gering	0–10 Minuten/ gering	aus
Änderungsraten-Alarm hoch	mg/dl/min mmol/l/min	3 0,17	3 * 0,17 *	3 0,17	3 0,17	aus

* = oder aus